

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

ชื่อ ชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน ขนิตความละเอียดสูง

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 032/60 หมายเลข 6515-M-60-P-0985

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	ผลิตภัณฑ์ที่เสนอประกวดราคาต้องมีฟังก์ชันการย้อมสีภาพเพื่อดูลักษณะโครงสร้างของเนื้อเยื่อ หรือเส้นเลือดได้ เพื่อตรวจหาหะเร็งระยะเริ่มต้นได้	15		
2	สามารถเลือกการโฟกัสได้ 2 ระดับ (Dual Focus) ได้แก่ ระยะใกล้ (Near Mode) และ ระยะปกติ (Normal Mode) โดยควบคุมผ่านสวิตช์ที่กล้อง เพื่อช่วยในการสังเกตลักษณะรายละเอียดความผิดปกติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	15		
3	การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector เพื่อความสะดวกในการใช้งานและทำความสะอาดและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว	15		
4	ส่วนปลายกล้อง (Distal End) มีขนาดเล็ก เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการส่องกล้อง	15		
5	บริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเป็นสาขาโดยตรงของบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศ โดยมีหนังสือแสดงหลักฐานว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เป็นสาขาโดยตรงของบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปี	15		
6	บริษัทที่เสนอประกวดราคาต้องมีศูนย์ซ่อมภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชันปี 2015 เพื่อความรวดเร็วในการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล	15		
7	โรงงานผลิตกล้องส่องตรวจ ที่ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพเครื่องมือทางการแพทย์	10		
	รวม 7 รายการ	100		


หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE) โดยพิจารณาการให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้


1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70

พ.ท..........ประธานกรรมการ

(อนุชิฎษ์ สุขสมัย)

พ.ต.หญิง..........กรรมการ

(สุภาพร แสงสว่างสถิตย์)

ร.อ.หญิง..........กรรมการ

(จิราภา อาจศึก)