

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 173/58 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 58 - S - 0035

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องดูดสุญญากาศ
(Manual Vacuum Aspirator : MVA)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก (Intrauterine Evacuation) เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางสูตินรีเวชกรรมแทนการขูดมดลูก เช่น การทำ Endometrial Biopsy การรักษาภาวะแท้งไม่ครบ แท้งค้าง และเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดบางชนิด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ประกอบด้วย

1.2.1 ตัวกระบอบอกสุญญากาศ มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.2.1.1 ผลิตจากพลาสติก ที่มีความแข็งแรง

1.2.1.2 มีส่วนประกอบหลักอย่างน้อย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว กระบอบอกสูบ (Cylinder) และก้านสูบ (Plunger) สามารถถอดประกอบได้ง่าย

1.2.1.3 ส่วนหัวเป็นส่วนที่ต่อกับสายต่อ (Cannula) มีระบบล็อกเพื่อป้องกันสายต่อเลื่อนหลุด มีให้เลือกใช้งานอย่างน้อย 2 รูปแบบ คือ แบบลิ้นเดี่ยว (Single Valve Aspirator) และแบบสองลิ้น (Double Valve Aspirator) เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1.2.1.4 กระบอบอกสูบมีความจุไม่น้อยกว่า 60 ซีซี มีขีด และตัวเลขบอกปริมาตร

1.2.1.5 ก้านสูบมีส่วนหัวเป็นรูปห่วง เพื่อสอดนิ้วจับกระบอบอกได้กระชับ

1.2.1.6 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ โดยการอบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

1.2.2 สายต่อ (Cannula) มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.2.2.1 ผลิตจากพลาสติก ที่มีความแข็งแรง ไม่หักงอขณะใช้งาน

1.2.2.2 เป็นสายต่อชนิดกลวง มีจุดหรือขีดบอกระยะ (Marker) ส่วนปลายมีรูเปิด โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม.

1.2.2.3 สามารถต่อกับกระบอบอกสุญญากาศได้โดยตรง หรือมีข้อต่อ (Adaptor) สำหรับต่อกับตัวกระบอบอกสุญญากาศ

1.2.2.4 มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

1.2.2.5 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ โดยการอบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ตัวกระบอบอกสุญญากาศ เป็นท่อพลาสติกทรงกลม มีลักษณะคล้ายกระบอบอกฉีดยา มีความแข็งแรง ส่วนปลายสามารถต่อกับสายต่อได้

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์


เครื่องดูดสุญญากาศ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 รูปแบบของกระบอกสุญญากาศ และขนาดสายต่อ (Cannula) จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.2 มีสารหล่อลื่น (Silicone) จำนวน 1 หลอด
- 3.3 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.4 มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ทักชินณ เจียมทอง)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง..........สูตินรีแพทย์ รพ.ร.ร.6

(ปรีศนา พานิชกุล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

10 ส.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुวัติให้ใช้
ตามอนุวัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ อวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 1013 ลง 10 ส.ค. 58