

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาวว ตาม ก. ที่ 219/25

หมายเลข ศส. 6515 - M - 63 - P - 2125

ชื่อสิ่งอุปกรณ์      ปีมสูญญากาศ ขนาด 1/4 แรงม้า  
( Vacuum Pump )

หน่วยนับ            เครื่อง

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในงานช่างซ่อมอุปกรณ์สายแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ฐานรองเครื่อง

1.2.1.1 เป็นส่วนรองรับมอเตอร์ และปีมสูญญากาศ สามารถประกอบเข้าหรือถอดออกจากกันได้

1.2.1.2 ทำด้วยเหล็กท่อนสี่ มีที่จับสำหรับยกเคลื่อนย้ายได้

1.2.2 มอเตอร์

1.2.2.1 มีกำลังไม่น้อยกว่า 1/4 แรงม้า ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,425 รอบต่อนาที

1.2.2.2 มี Pulley สำหรับใส่สายพานไปประกอบกับ Pulley ของปีมสูญญากาศ

1.2.3 ปีมสูญญากาศ

1.2.3.1 มี Pulley ขนาดใหญ่กว่า Pulley ในข้อ 1.2.2.2 แต่ช่องสำหรับใส่สายพานมีขนาดเท่ากัน

1.2.3.2 มีที่สำหรับตุ้ระดับน้ำมันอยู่ด้านข้าง

1.2.3.3 ด้านบนมีที่เติมน้ำมันเครื่อง และมีท่อปลายเป็นเกลียว สำหรับต่อกับสายน้ำยาทำความเย็น

1.2.4 ใช้ได้กับไฟฟ้า 200 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์ทำความดันสูญญากาศ ใช้ในงานช่างซ่อมอุปกรณ์สายแพทย์

ประกอบด้วย ฐานรองเครื่อง, มอเตอร์ และปีมสูญญากาศ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของ บริษัทผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 หนังสือคู่มือการใช้งานและปรณนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบสินค้าถือ และทดลองใช้งาน

(ลงนาม)

๓.๐. 

๒๖

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ปั๊มสุญญากาศ ขนาด 1/4 แรงม้า

( Vacuum Pump )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง ทบ./ประธานกรรมการ

( ปุณฺหรร ทักษวงษ์ )

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง ทบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.อ.  ทบ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( ลาอิต ทิพย์มณี )

18 มิ.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พ.ต.  ผอ.ทบ./ประธานกรรมการ

( สุจิตชัย เจริญวรวิฑูร )

พ.อ.  ผอ.กอง ทบ./กรรมการ

( ปภิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.  น.ปก.ประจำ ทบ.ทบ./กรรมการ

( ปราโมทย์ จันทร์นิรม )

- 2 ก.ค. 2563

ขอแจ้งให้ทราบว่า  
เอกสารแนบท้าย  
ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
15 มิ.ย. 2563 ถึง 12 ก.ค. 2563