

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 219/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2482

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อคอดคอ  
(Collar)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับคอดคอ เพื่อรักษากระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง กรณีสงสัยว่าผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังส่วนคอ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือทำการวินิจฉัยได้สะดวกและปลอดภัย

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยพลาสติกหนาคุณภาพดีหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มีโฟมรองด้านใน เพื่อป้องกันการกระคายเคืองหรืออาการแพ้

1.2.2 ขอบบนและล่างทางด้านหลังกระชับกับศีรษะและบ่าของผู้ป่วย พร้อมทั้งมีช่อง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้

1.2.3 ด้านหน้ามีแผ่นรองคาง สามารถรองรับส่วนคางได้กระชับและช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของคอได้

1.2.4 ช่วงคอด้านหน้ามีช่องเปิด เพื่อใช้ในการตรวจวัดชีพจรหรือทำการเจาะหลอดเลือดได้สะดวก

1.2.5 มีปุ่มสำหรับเลื่อนปรับขนาดและล็อกได้ตามขนาดความยาวของช่วงคอ โดยสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ขนาด

1.2.6 สามารถฉายภาพรังสีเอกซเรย์ผ่านได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคอดคอ สำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ ชนิดปรับขนาดได้ตามความยาวของช่วงคอ

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทติดกับอุปกรณ์สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาลีอก และทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย  
( ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี  
( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ณรงค์ น้อยนารถ  
( ณรงค์ น้อยนารถ )

รอง ผอ.กทบ.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

29 ก.พ.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/175 ลง 3 มี.ค.51