

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า แบบมีราวกัน 4 ตอน (พื้นนอนขนาด 1 ตอน ความหนา 4 นิ้ว)

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 073/53 หมายเลข 6530-M-61-P-1153

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	คะแนนที่ ได้	หมายเหตุ
1	เตียงสามารถปรับระดับได้ดังนี้ ปรับระดับศีรษะ, ปรับงอเข้า, ปรับระดับพื้นเตียง สูง-ต่ำ, ปรับระดับศีรษะ-งอเข้า พร้อมกันได้	10		
2	มีระบบ CPR ปรับพื้นเตียงราบ และปรับระดับพื้นเตียงต่ำสุดพร้อมกันได้	10		
3	มีแบตเตอรี่สำรองกรณีไฟฟ้าดับ	10		
4	มีระบบไทม์เมอร์ในกรณีฉุกเฉิน	10		
5	โครงสร้างสแตนเลส เกรด 304	10		
6	มีชุดควบคุมแบบมือถือ (มีสาย) และชุดควบคุมปลายเตียง มีระบบล็อคการทำงานของชุดควบคุมแบบมือถือ (มีสาย)	10		
7	ชุดมอเตอร์ได้มาตรฐาน CE.	10		
8	ผู้ผลิตได้รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	10		
9	ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานการจัดการเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 : 2016 และมาตรฐานการจัดการโรงงาน ISO 9001 : 2015	5		
10	ผู้ผลิตมีใบอนุญาตประกอบกิจการในกลุ่มเตียงคนไข้ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	5		
11	ผู้ผลิตมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)	5		
12	ผู้ผลิตมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)	5		
	คะแนนรวม	100		

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะ

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70

พ.ต.หญิง.....ประธานกรรมการ

(นกัศวรณ บุญประภา)

ร.อ.....กรรมการ

(พลิตธิ์ ชรสุข)

ร.ท.หญิง.....กรรมการ

(สงกรานต์ ฐานหมั่น)