

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 073/53

หมายเลข คณ. 6530 - M - 61 - P - 1153

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า แบบมีราวกัน 4 ตอน  
(Electrical Patient Bed , 4 Rails)

หน่วยนับ ชุด

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย สามารถปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

#### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงสร้างของเตียง และคานรองรับพื้นเตียงทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel)

1.2.2 พื้นเตียงและราวกันเตียงด้านข้าง ทำด้วยพลาสติก ABS ขึ้นรูป

1.2.3 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กก.

1.2.4 สามารถปรับท่าของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

1.2.5 มีระบบมือหมุนเพื่อปรับท่าของเตียงในกรณีฉุกเฉิน

1.2.7 สามารถปรับระดับต่างๆ ของเตียงได้ดังนี้

1.2.7.1 ปรับระดับพื้นเตียงขึ้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 ซม.

1.2.7.2 ปรับระดับพื้นเตียงลงต่ำสุดได้ถึง 50 ซม. หรือต่ำกว่า

1.2.7.3 สามารถปรับยกระดับหลัง (ศีรษะ) ขึ้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 องศา

1.2.7.4 สามารถปรับยกระดับข้อเท้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 45 องศา

1.2.8 ล้อเตียงสามารถหมุนได้รอบตัวเอง และล็อกล้อได้ทั้ง 4 ล้อโดยเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก

1.2.9 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

#### 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยชนิดระบบไฟฟ้า พร้อมที่นอนและหมอน

1.3.2 โครงสร้างของเตียงและคานรองรับพื้นเตียงมีลักษณะเป็นท่อนีเคลือบ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel)

1.3.3 ขนาดของเตียง กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 90 x 200 ซม. โดยความกว้างไม่รวมราวกันเตียง

1.3.4 พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน และมีช่องระบายอากาศ

1.3.5 มีพนักพิงด้านหัวเตียงและปลายเตียง สามารถถอดออกและใส่เข้าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

1.3.6 มีราวกันเตียงด้านข้าง ข้างละ 2 ราว โดยแบ่งเป็นราวกันเตียงช่วงบนและราวกันเตียงช่วงล่าง ดังนี้

1.3.6.1 ราวกันเตียงช่วงบน มีขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 28 x 102 ซม.

1.3.6.2 ราวกันเตียงช่วงล่าง มีขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 28 x 72 ซม.

/1.3.7 มีช่องสำหรับเสียบ...

10 สก. 2561

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า แบบมีราวกัน 4 ตอน  
(Electrical Patient Bed , 4 Rails)

1.3.7 มีช่องสำหรับเสียบเสาแขวนน้ำเกลือ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

1.3.8 ล้อเตียง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ -

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีที่นอนฟองน้ำอัดแข็งบุผ้าหนังเทียม หรือดีกว่า จำนวน 1 ทัง และมีหมอนหนุนชนิดโยสึงเคราะห์ หรือดีกว่า จำนวน 1 ใบ

3.3 ขนาดความหนาและจำนวนตอนของที่นอน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.4 มีเสาสำหรับแขวนน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel)

3.5 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด  
(ตัวจริง 1 ชุด)

3.6 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเตียง สามารถมองเห็น  
ได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบความคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...


10 สค 2561


พ.อ.


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า แบบมีราวกัน 4 ตอน  
(Electrical Patient Bed , 4 Rails)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
( ปุณฺชทร ทิพย์วงศ์ )


พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )


พ.ท.หญิง  พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( อรอนงค์ แสนเจริญ )

10 สค 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ  
( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.  นบ.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ  
( ปราโมทย์ จันทนิพ )

15 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้จะมีผลใช้  
คณอนุมติ คบ.ทบ.ท้ายบันทึก กบ.ทบ.  
ที่ต่อ คบ.ทบ. 10335 ลง 5 ก.ค. 61