

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 186/64 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 64 - S - 0086

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและชีพจร สามารถใช้งานได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเครื่องสามารถสวมกับปลายนิ้ว และด้านบนมีหน้าจอแสดงผลที่แสดงค่าเป็นตัวเลขได้

1.2.2 สามารถวัดค่าความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดได้ในช่วง 70 - 99% หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า $\pm 2\%$

1.2.3 สามารถวัดอัตราชีพจรได้ในช่วง 30 - 235 ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 3 ครั้งต่อนาที

1.2.4 มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือค่าออกซิเจนในเลือดผิดปกติ

1.2.5 สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด AAA หรือเล็กกว่าได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและค่าชีพจรที่ปลายนิ้ว มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

3.3 มีเครื่องหมายถาวร หรือสติ๊กเกอร์แสดงชื่อบริษัทหรือยี่ห้อติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 13485 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ตรวจถูกต้อง

ร.ท. ๒๑๕๖

(๒๑๕๖ ๒๑๕๖)

นายทหารประจำ คัดงเวทภัณฑ์ กก.รพ.ค่ายสุรนารี

๒๑ / ๖-๑ / ๒๒

/คณะกรรมการ....


พ.อ.




22 เม.ย. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพजर


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(ชาติรี บุญเจือ)

พ.ท.หญิง  พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(วชิรา ตันเสนีย์)

22 เม.ย. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ.  รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ


(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง  นปก. ประจำ พบ./กรรมการเหล่าสายวิทยาการ

(สิริวรรณ สมจินตนา)

พ.ท.หญิง  ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(อรอนงค์ แสนเจริญ)


พ.ท.หญิง  พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วชิรา ตันเสนีย์)

27 เม.ย. 2564

ตรวจสอบถูกต้อง

ร.ต. 



..... กกก.รพ.ค่ายสุรนารี
๒๕ / ๖ / ๖๘

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท ๐446.13/524... ลง 29 เม.ย. 64