

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 271/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2534

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ประคองข้อเท้าแบบมีถุงลม (Pneumatic Walking Brace)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับประคองข้อเท้าผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้า, ข้อเท้า หรือ ใช้ประคองข้อเท้าหลังการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ (latex free) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีถุงลมเพื่อประคองข้อเท้าและน่อง ซึ่งสามารถปรับขนาดความดันโดยใช้ลูกยางบีบ เพิ่ม หรือลดความดันได้

1.3.2 ส่วนพื้นมีการปรับส่วนแผ่นรองให้โค้งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดิน

1.3.3 สามารถขยายขนาดความกว้างได้ และมีสายรัดที่สามารถปรับให้กระชับได้

1.3.4 มีให้เลือกหลายแบบและหลายขนาดตามความเหมาะสมของผู้ป่วย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาสีลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ตระกูล พุเจริญยศ
(ตระกูล พุเจริญยศ)

ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

12 พ.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออมนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/377 ลง 14 พ.ค.51