

ม. เค. ดี. พี. เต้นเตอร์ไพรส์ จก. ราคา 19,000.- ๒๓.

หงก. 10 ม. ดี. อี

ราคา 26,000.- ๒๓.

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 151/34

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดดูดของเหลวระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ชนิดเคลื่อนที่ได้
(Vacuum Trolley Unit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

- 1.1.1 เป็นชุดดูดของเหลวสำหรับงานศัลยกรรม สามารถต่อเข้ากับ Vacuum outlet ของระบบ Central pipeline ที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้
- 1.1.2 เครื่องมือทั้งชุดประกอบอยู่บนรถเข็น สามารถเข็นไปมาได้สะดวกและมีล้อเลื่อน

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 ส่วนประกอบของเครื่องมือ

1.2.1.1 ชุดปรับความดันสุญญากาศ และมาตรวัด (Vacuum regulator and gauge)

- ชุดปรับความดันสุญญากาศ สามารถปรับความดันสุญญากาศอย่างน้อย ในช่วง 0-760 มม.ปรอท
- มาตรวัด วัดความดันสุญญากาศได้อย่างน้อยในช่วง 0-760 มม.ปรอท

1.2.1.2 ชุดขวด Trap bottle 2 ชุด
เป็นชุดป้องกันของเหลวไหลเข้า Vacuum regulator ตัวขวดทำด้วยวัสดุโปร่งใสมีความจุไม่น้อยกว่า 500 มล. หรือ 1 pint พร้อมฝาปิดขวด และอุปกรณ์กันของเหลวล้น

1.2.1.3 ชุดขวดรับของเหลว (Collection bottle) 2 ชุด
ตัวขวดทำด้วยวัสดุโปร่งใสมีความจุไม่น้อยกว่า 4 ลิตร หรือ 1 Gallon พร้อมฝาปิดขวด

1.2.1.4 อุปกรณ์ต่อระหว่างชุดปรับความดันเข้ากับ outlet ระบบ central pipeline ของโรงพยาบาลชนิด Quick connector พร้อมสายท่อยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร

- 1.2.1.5 อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ท่อสายต่อระหว่างขวดต่างๆ
- 1.2.1.6 รถเข็น ทำด้วยโลหะ หรือ Stainless steel มีอุปกรณ์ตามข้อ 1.2.1.1 ถึง 1.2.1.5 ประกอบอยู่

2. การบรรจุหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

-

วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.

..ประธานกรรมการ

พ.อ.

๐๒

..กรรมการ

พ.อ.

..กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ.

พ.อ.ค. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.

ทกท.0404/ 9839 ลง 20 ส.ค.34

(ลงชื่อ) 9839 20 ส.ค.34

()

(ตำแหน่ง) _____

อิกัย