

หมายเลขสิ่งอุปการณ์

ชื่อสิ่งอุปการณ์ ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นผู้ปวย (Oxygen Therapy Unit With Humidifier)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นชุดให้ออกซิเจนและความชื้นผู้ปวยระบบราว (Rail System)

1.1.2 มีฝาเชื่อมต่อเข้ากับออกซิเจน เอาท์เลท (Oxygen Outlet)

ระบบเช่นที่รไปป์ไลน์ของโรงพยาบาลที่มีอยู่ได้

1.2 ลักษณะเฉพาะ ทั้งชุดมีส่วนประกอบดังนี้

1.2.1 ชุดควบคุมการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)

1.2.1.1 มีวัดแสดงอัตราการไหลของออกซิเจนและปุ่มปรับการไหลของออกซิเจนได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-15 ลิตรต่อนาที

1.2.1.2 การควบคุมการไหลของออกซิเจนเป็นแบบ Pressure Compensated ซึ่งสามารถทนต่อการไหลของออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอได้ในไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

1.2.1.3 หลอดโฟลว์มิเตอร์ (Flowmeter Tube) เป็นวัสดุที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทำด้วยพลาสติกอย่างดี

1.2.1.4 ส่วนหลอดที่ครอบโฟลว์มิเตอร์ เป็นวัสดุที่สามารถมองเห็นได้ง่ายทำด้วยพลาสติกอย่างดี

1.2.1.5 มีลูกลอย (Floating Ball) บรรจุในหลอดโฟลว์มิเตอร์ (Flowmeter Tube) ลูกลอยทำด้วยพลาสติก หรือ เหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

1.2.1.6 ส่วนของข้อต่อ (D.I.S.S. Outlet) สามารถต่อเข้ากับข้อต่อของขาความชื้น หรือต่อเข้ากับข้อต่อของเครื่องช่วยหายใจ (Respirator) ได้ทันที

1.2.1.7 มีออกซิลเลอรี เอาท์เลท (Auxiliary Outlet) พร้อมเช็ควาล์ว (Check Valve) แยกต่างหากพร้อมที่จะต่อกับเครื่องช่วยหายใจได้ทันที

- 1.2.2 หัวเสียบท่อเข้า Oxygen Outlet เป็นแบบ ลอกซิเจน ควิค คอนเนคเตอร์ (Oxygen Quick Connector) และต้องสามารถต่อกับระบบไปป์ไลน์ของโรงพยาบาลที่มีอยู่
- 1.2.3 เเรล แคลมป์ (Rail Clamp) พร้อมตัวยึด (Adaptor) และ ลูทิวเมอริล แคลมป์ (Universal Clamp)
- 1.2.4 ฮาตุทำตาความชื้น (Oxygen Humidifier)
 - 1.2.4.1 เป็นกระบอกใส่น้ำทำคามชื้นทำด้วยพลาสติกอย่างดี มีความทนทานตกไม่แตก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 375 มล.
 - 1.2.4.2 สามารถนำไปฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยวิธีนึ่งน้ำเดือด (Autoclaveable)
 - 1.2.4.3 มีหัวต่อ (Tube Adaptor) ซึ่งสามารถต่อกับ Oxygen Cannula และ ต่อกับ Corrugate Tube ได้ทันที


- 2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3. ข้อกำหนดอื่นๆ -
- 4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแลดตาถือ และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาข พ. ของ พบ.

ร. น.อ.  ประธานกรรมการ
 น.อ.  กรรมการ
 น.ส.  กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาข พ. ของ พบ

น.อ.  ประธานกรรมการ

น.อ.  กรรมการ

น.อ.  กรรมการ

834
 ()
 ()
 ()