

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 196/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-248-3879

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นฟิล์มปิดแผลชนิดมียาฆ่าเชื้อโรค
(Transparent Dressing with Antibiotic)

หน่วยนับ แผ่น/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับยึดหรือปิดแผลบริเวณที่ให้อาหารละลายทางหลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก ทำจาก Polyurethane หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 ตรงกลางมีแผ่นเจล Chohexidine Gluconate 2% หรือสารอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.3 มีขอบผ้านุ่มโดยรอบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติดและลดปัญหาขอบม้วน

1.2.4 เคลือบด้วยกาว (Hypoallergenic non-Latex Adhesive) หรือสารอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อช่วยในการยึดติดผิวหนัง

1.2.5 สามารถกันน้ำได้ และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นแผ่นฟิล์มปิดแผลชนิดมียาฆ่าเชื้อโรค มีหลายขนาดให้เลือกใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน ตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง..... พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไพจิตรต์ เพิ่มพูล)

21 ธ.ย 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กวก 0446.13/..... ลง 1 ก.ค. 56