

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 114/61 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6520 - M - 61 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์           วัสดุตรวจรอยกดเกินของฟีนปปลอม  
( Pressure Spot Indicator )

หน่วยนับ                 ชุด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจรอยกดเกินบนด้านที่สัมผัสเนื้อเยื่อของฐานฟีนปลอม หรือผิวหนัง  
ในของครอบฟัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุ Silicone

1.2.2 มีเวลาทำงานตั้งแต่เริ่มผสม (Manipulating & Working Time) ไม่น้อยกว่า 2 นาที และเวลาใน  
การแข็งตัว (Final Setting) ไม่เกิน 4 นาที

1.2.3 เมื่อใช้งานเสร็จ สามารถลอกออกทั้งเป็นแผ่น และทำความสะอาดได้ง่าย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นวัสดุตรวจรอยกดเกินของฟีนปลอม บรรจุในหลอด ใน 1 ชุด  
ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ส่วน ดังนี้

1.3.1 Base เป็นครีมสีขาวขุ่น

1.3.2 Catalyst เป็นครีมใส

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

3.2 จำนวนชุด และส่วนประกอบชุดของวัสดุตรวจรอยกดเกินของฟีนปลอม จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล หรือมีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์  
จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

3.4 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก


/คณะกรรมการ...


23 ม.ค. 2561




ชื่อสิ่งอุปกรณ์            วัสดุตรวจรอยกดเกินของพื้นปลอม  
( Pressure Spot Indicator )


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
( ปุญชทร ทิพยวงศ์ )


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.อ..........หน.คลัง สป. ทัณฑ์กรม รพ.ร.6/  
( ปรีชากร วีระประวัติ )            กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
23 ม.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ  
( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ  
( ปราโมทย์ จันทมิฬ )

1 ก.พ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/179 ลง 5 ก.พ. 61