

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 556/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-XX-247-1201

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ดิ่งเส้นประสาทในโพรงฟัน (Barbed Broach)

หน่วยนับ กล่อง/แผง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ดิ่งเส้นประสาท และเนื้อเยื่อในโพรงฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ส่วนใช้งานทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แบ่งเป็นส่วนด้ามสำหรับนิ้วจับและส่วนที่ใช้งาน

1.3.2 ส่วนด้ามสำหรับนิ้วจับมีสปีบอกขนาดกำกับอยู่

1.3.3 ส่วนที่ใช้งานมีลักษณะเป็นหนามเล็กๆยื่นออกมาเพื่อใช้เกี่ยวเนื้อเยื่อในโพรงฟัน มีขนาดและความยาวให้เลือกในการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 จำนวน ขนาด และความยาวจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง ตามความต้องการของทางราชการ

3.3 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ และวันผลิตของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./ กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ภัศรา ลาวณิชย์ทักษิณ

หน.คลัง สป.กทต.รพ.ร.6/ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ภัศรา ลาวณิชย์ทักษิณ)

6 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/932 ลง 10 ต.ค.48