

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องส่องตรวจในโพรงหู (Tele-Otoscope)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เครื่องส่องตรวจในโพรงหูด้วยเทเลสโคป (Tele-Otoscope)

1.2 ลักษณะเฉพาะ 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1 กล้องส่องตรวจโพรงหู (Tele-Otoscope) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 กล้อง

1.2.1.1 เป็นกล้องส่องตรวจชนิดรับภาพตรง (Straight forward telescope)

ระบบเลนส์แท้ จุดกึ่งกลางของภาพอยู่ที่ ๒ องศา

1.2.1.2 เส้นผ่าศูนย์กลางของกล้อง 4 มม. มองเห็นภาพเป็นมุมกว้าง

1.2.1.3 มีแกนนำแสง แบบ fiber optics

1.2.2 กล้องส่องตรวจโพรงหูสำหรับเด็ก จำนวน 1 กล้อง เหมือน 1.2.1 แต่เส้นผ่าศูนย์กลางของกล้องมีขนาด 2.7 มม.

1.2.3 ด้ามจับกล้องส่องตรวจ (Handle) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน เป็นด้ามจับกล้องส่องตรวจ

1.2.1 เพื่อให้ใช้งานส่องตรวจได้สะดวก

1.2.4 ด้ามจับกล้องส่องตรวจสำหรับเด็ก จำนวน 1 อัน เป็นด้ามจับกล้องส่องตรวจ 1.2.2 เพื่อ

1.2.1 ให้ใช้งานส่องตรวจได้สะดวก

1.2.5 ลูกยางบีบ (Rubber bulb) จำนวน 1 อัน เป็นลูกยางบีบชนิดมีสายต่อเพื่อใช้ทดสอบลม (pneumatic testing)

1.2.6 จุกยาง (Rubber tip) สำหรับทำให้เกิด Pneumatic Seal ที่ telescope

1.2.7 ฝาใส่ป้องกัน telescope (Protecting tube) สำหรับใส่ telescope ในข้อ 1.2.1

หรือ 1.2.2

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง จำนวน 3 ชุด

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พย.

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ