

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 042/47

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-264-5372

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปากคีบจับเนื้อเยื่อบริเวณจอประสาทตาแบบปลายเคลือบเพชร  
(Diamonized Ophthalmic Tip Forceps)

หน่วยนับ อัน

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นปากคีบใช้จับเนื้อเยื่อจอประสาทตา บริเวณส่วนปลายปากคีบเคลือบเพชร ซึ่งช่วยในการจับยึดเนื้อเยื่อไม่ให้ลื่นหลุด

#### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลายของปากคีบมีการเคลือบหรือฝังเพชรที่ด้านในของปากคีบ เพื่อช่วยในการจับยึดเนื้อเยื่อ

1.2.2 สามารถถอดหัวออกมาทำความสะอาดได้

#### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นปากคีบใช้หนีบจับเนื้อเยื่อจอประสาทตาในการผ่าตัดจอประสาทตา

1.3.2 ขนาดของปากคีบ มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.8 mm หรือมากกว่า

1.3.3 รูปทรงของปากคีบ เป็นแบบปิรามิด , ตรงเรียว , โค้งเรียว หรือกลมเรียว

### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ดารณี จินดาพล  
(ดารณี จินดาพล)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์  
(เปรมวดี ฐานพงษ์)

หน.พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ กจก.รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

.....1...../.....ก.ย...../.....47.....

/คณะกรรมการ...

