

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 020/47

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-268-5324

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องลดบวมด้วยการบีบของแรงดันลม
(Air Compression Unit)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้รักษาผู้ป่วยในงานทางกายภาพบำบัด โดยใช้แรงดันลมบำบัดการบวมของแขน และขา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที

1.2.2 สามารถตั้งค่าแรงดันลมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 150 มิลลิเมตรปรอท หรือกว้างกว่า

1.2.3 ลักษณะแรงดันลมมีความราบเรียบ มีการเพิ่มอย่างสม่ำเสมอจากส่วนปลายไปยังส่วนต้น

1.2.4 ถูกลมย่อย (Cell) เรียงตัวซ้อนกัน (Overlap garments) เพื่อให้แรงดันเกิดขึ้นครอบคลุมทุกตำแหน่ง

1.2.5 สามารถทำการรักษาได้ 2 ชุด พร้อมกัน ในชุดการรักษา 1 ชุด (Chamber) มีท่อลม (Tube) ที่สามารถต่อกับถูกลมย่อย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัด โดยใช้แรงดันลมบำบัดการบวมของแขน และขา ตัวเครื่องมีท่อลมต่อกับถูกลม (Sleeve) ที่สวมกับผู้ป่วย

1.3.2 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้

1.3.2.1 Sleeve สำหรับแขน ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น ขนาดเล็ก 2 ชิ้น และขนาดใหญ่ 2 ชิ้น

1.3.2.2 Sleeve สำหรับขา ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น ขนาดเล็ก 1 ชิ้น และขนาดใหญ่ 1 ชิ้น

1.3.3 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.4 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยหรือการรับรองคุณภาพจากสถาบันตรวจสอบของประเทศนั้นๆ หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคะตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

- | | |
|--|---|
| (ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ดารณี จินดาพล
(ดารณี จินดาพล) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ต.หญิง ชัชวรีวี ธีรเนตร
(ชัชวรีวี ธีรเนตร) | นายทหารกายภาพบำบัด ร.ร.ร.6
/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

....13...../....ก.ค...../....47.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- | | |
|--|-----------------------|
| (ลงชื่อ) พล.ต. พร้อมพงษ์ พิระบูล
(พร้อมพงษ์ พิระบูล) | ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ. ธนา สุรารักษ์
(ธนา สุรารักษ์) | ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ท. แสงอรุณ อมรถาวรสกุล
(แสงอรุณ อมรถาวรสกุล) | หน.กบ.ทบ./กรรมการ |

.....17...../....ส.ค...../....47.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/12002 ลง 3 ก.ย.47