

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 104/66 (พ.บ.)

หมายเลข คณ. 6530 - M - 66 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ที่นอนโฟมป้องกันแมลงกัดทับ แบบที่ 1
(Foam Mattress, Type 1)

หน่วยนับ หลัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นที่นอนสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) ในการเกิดแมลงกัดทับ โดยสามารถใช้ได้กับเตียงโรงพยาบาลทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 วัสดุชั้นนอกที่ห่อหุ้มที่นอนโฟม

1.2.1.1 ทำด้วยผ้า Polyester หรือ Polyester with Polyurethane Film Laminated หรือ Polyurethane หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า ที่มีคุณสมบัติ Anti-Bacterial และ Anti-Fungal มีความยืดหยุ่น สามารถป้องกันน้ำและของเหลว ซึมผ่านได้

1.2.1.2 มีzipเพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนวัสดุชั้นนอกออกมาทำความสะอาดได้

1.2.2 ที่นอนโฟม ผลิตจาก Memory Foam และ Polyurethane Foam หรือ Urethane Foam หรือ Polyurethane หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า มีสีอ่อนเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ร่องรอยความสกปรกต่างๆ

1.2.3 เป็นที่นอนแบบคอนเดียว พื้นผิวด้านบนมีลักษณะเรียบ หรือเป็นลอน หรือ เป็นส่วนบุนและหลุม สลับกัน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.4 พื้นผิวด้านล่างของที่นอนส่วนสัมผัสกับเตียงนอนผู้ป่วยไม่ลื่นไถลง่าย

1.2.5 ที่นอนมีน้ำหนักโดยรวมไม่มากกว่า 12 กิโลกรัม

1.2.6 สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 230 กิโลกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นที่นอนโฟม มีความกว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 จำนวน แบบ และขนาดของที่นอน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.4 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด

(ตัวจริง 1 ชุด)

/3.5มีเครื่องหมาย...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ที่นอนโฟมป้องกันแมลงกัดหัด แบบที่ 1
(Foam Mattress, Type 1)

3.5 มีเครื่องหมายดาว หรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ของบริษัทติดกับที่นอนโฟม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

3.6 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO หรืออื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ.....*[Signature]*.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพวงษ์)

พ.อ.....*[Signature]*.....รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ธาตรี ปุณฺเจือ)

พ.อ.....*[Signature]*.....ผอ.กอง รพ.ค่ายสุรนารี/
(นิติวัดน์ นีวาศะบุตร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
7 5 พ.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาว สาย พ.

พ.อ.....*[Signature]*.....รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ
(เมธา เทียงคำ)

พ.อ.....*[Signature]*.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง.....*[Signature]*.....นปก.ประจำ พบ./
(สิริวรรณ สมจินตนา) กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.หญิง.....*[Signature]*.....ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/
(อรอนงค์ แสนเจริญ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.....*[Signature]*.....ผอ.กอง รพ.ค่ายสุรนารี/
(นิติวัดน์ นีวาศะบุตร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
1 9 ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ใช้เพื่อเปิดไปใช้
ตามคู่มือ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค.พบ.
ที่ กค 0446.13/1544. กง. 26 ธ.ค. 65