

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 223/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-2738

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โคมไฟสำหรับส่องออบแผล (Perineal Lamp)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นโคมไฟสำหรับส่องออบแผล

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวโคมไฟทำจากเหล็กชุบโครเมียม หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 มีหลอดไฟให้ความร้อนขนาด 150W 230V

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1 ตัวโคมไฟพร้อมหลอดไฟ

1.3.2 มีแกนขาตั้งสามารถปรับระดับได้

1.3.3 มีสวิตช์ปิด-เปิดได้

1.3.4 มีสายไฟความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ (สติ๊กเกอร์) ติดกับอุปกรณ์สามารถมองเห็นได้  
อย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาลีอก และทดลองใช้งาน

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย )

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อรวรรณ สติรพรพงศ์

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( อรวรรณ สติรพรพงศ์ )

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0404.13/358 ลง 18 พ.ค.52

15 พ.ค.2552