

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 175/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2971

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงเก็บเซลล์ในท่อทางเดินน้ำดี
(Cytology Brush in Common Bile Duct)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับขูดเก็บชิ้นเนื้อในท่อทางเดินน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้เล็ก (Duodenoscope)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้กับกล้องที่มี Working Channel ไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิเมตร

1.2.2 ปลายสุดของสายแปรงเก็บชิ้นเนื้อสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากเอกซเรย์ (Radiopaque Tip)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นสาย มีความยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม. ภายในเป็นแปรงที่บริเวณส่วนปลาย เพื่อการขูดเก็บชิ้นเนื้อในท่อน้ำดี

1.3.2 ตัวแปรงเมื่อกางออกเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร

1.3.3 สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้วได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาด็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง
(ทักษิณ เจียมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนรินทร์
(วานิช ปิยนรินทร์)

อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 ม.ค.2553

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้
ตามอนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/38 ลง 19 ม.ค.53