

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 468/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6830-XX-247-1520

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์
(Nitrous Oxide Gas for Medical use)

หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้ร่วมในการดมยาสลบ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%

1.2.2 สูตรทางเคมี (Formula) = N_2O น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = 44

1.2.3 มีจุดเดือดที่ -88.5 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ชนิดบรรจุในท่อก๊าซทนความดัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

1.3.2 ขนาดบรรจุที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในท่อสีและสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานของ มอก.


3. ข้อกำหนดอื่นๆ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..... .....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

พ.อ..... .....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

พ.ท.หญิง..... .....หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.บ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาจันทร์)

๙ ม.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ -
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1.5..... ลง.11.11.49