

| | |
|-------------------------------|--|
| คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ | 097/47 (พบ.) |
| หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ | 6520 - XX - 248 - 5299 |
| ชื่อสิ่งอุปกรณ์ | ครีมละลายแคลเซียมที่อุดตันภายในคลองรากฟัน (EDTA) |
| หน่วยนับ | หลอด/กระปุก |

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้กำจัดสิ่งอุดตันในคลองรากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นสาร EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid)

ซึ่งมีคุณสมบัติในการ clean, lubricate และ remove calcification สามารถทำปฏิกิริยากับสาร sodium hypochlorite ในการขยายคลองรากฟัน ทำให้ pulp debride หลุดออกจาก canal ได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ครีมบรรจุ ใน syringe มีปริมาตร 9 กรัมหรือกระปุก มีปริมาตร 18 กรัม

1.3.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารแสดงรายละเอียดและวิธีการใช้งาน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. สาคร คงมั่น ผอ. กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./ กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท. หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล ทันตแพทย์ กทต.รพ.ร.ร.6 / กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(วิภาพร หิรัญสุทธิกุล)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/221 ลง 31 มี.ค.47