

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 175/50 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1957

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว
(Cellpack)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นน้ำยาสำเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นน้ำยาสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบดังนี้

- sodium chloride
- boric acid
- sodium tetraborate
- EDTA 2K

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
- 1.3.2 น้ำยามีอายุ 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว
- 1.3.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติที่หน่วยมิใช่
- 1.3.4 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ในวันส่งของ
- 3.2 มีเอกสารระบุรายละเอียดของน้ำยา วิธีการทดสอบ และการเก็บรักษา

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ
(ดวงพร พูลสุขสมบัติ)

หน.ผชค.กวก.สวพท.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้