

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 591/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์6550-XX-256-3165

ชื่อสิ่งอุปกรณ์น้ำยาดีเทอร์เจนต์ สำหรับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
(Detergent for blood cell counter)

หน่วยนับกล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นน้ำยาสำเร็จรูป ประกอบด้วย
- 1.1.1.1 โซเดียม ซัลเฟต แอนไฮดรัส (Sodium sulfate anhydrous)
- 1.1.1.2 โซเดียม คลอไรด์ (Sodium chloride)
- 1.1.1.3 แอนติ ไมโครเบียล เอเจนต์ (Anti-microbial agent)
- 1.1.1.4 โพลีออกซีเอทิลีน อีเทอร์ (Polyoxyethylene ether)
- 1.1.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้สำหรับชะล้างและหล่อลื่นระบบของเหลวของเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ CELL-DYN
- 1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ CELL-DYN ที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีเอกสารระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดของส่วนประกอบน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ ตามความจำเป็น
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ	พร้อมพงษ์ พิระบูล (พร้อมพงษ์ พิระบูล)	ผอ.กกก.พบ. / ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ	อำนาจ ธรรมจินดา (อำนาจ ธรรมจินดา)	ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ท	บุญธรรม ขอประเสริฐ (บุญธรรม ขอประเสริฐ)	หน.ผคค.กพค.สพช./กรรมการ