

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 323/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2585

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ส่วตอกกระดูกชนิดไม่มีด้าม
(Lambotte Osteotome)

หน่วยนับ อัน , ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับตอกหรือตัดกระดูก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากโลหะปลอดสนิมหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นโลหะปลอดสนิมตลอดทั้งอัน มีลักษณะแบน ไม่มีด้าม มีทั้งชนิดปลายตรงและปลายโค้ง

1.3.2 ขนาดมาตรฐาน (Lambotte Osteotome) มีขนาดกว้าง ตั้งแต่ 4-50 มิลลิเมตร และมีขนาดความยาว ตั้งแต่ 23-25 เซนติเมตร

1.3.3 ขนาดเล็ก (Mini Lambotte Osteotome) มีขนาดความกว้าง ตั้งแต่ 2-15 มิลลิเมตร และมีขนาดความยาว ตั้งแต่ 12.5-17 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาลีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงาม
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ
(วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ)

สัถยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/1214 ลง 29 ก.ย.51