

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องตรวจความมีชีวิตของฟัน (ELECTRICAL PULP TESTER)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นเครื่องตรวจความมีชีวิตของฟันโดยใช้ไฟกระแสตรงและที่ผิวของฟัน เพื่อทดสอบหาความผิดปกติ ในการรับความรู้สึกสัมผัสของฟันซี่นั้น ๆ

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะ มีสายไฟต่อมายังหัว ELECTRODE

1.2.2 ใช้ไฟฟ้า กระแสตรง 6 โวลต์

1.2.3 ระบบสามารถเปิดอัตโนมัติด้วยการสัมผัสที่คัม Electrode และปิดอัตโนมัติเมื่อเครื่องเลิกใช้งานแล้ว 10-15 วินาที.

1.2.4 มีเครื่องหมายแสดงเตือน เมื่อกำลังไฟฟ้าอ่อนลง จะแสดงเป็นจุดแดง 2 จุด อย่างเห็นได้ชัด

1.2.5 มีระบบแสดงระดับกระแสไฟฟ้า ด้วยตัวเลข ( LED )

1.2.6 สามารถบอกปริมาณไฟฟ้าได้ 80 ระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อบอกเลขปริมาณมากน้อยของกระแสไฟที่ออกจากเครื่องที่กระตุกประสาทฟัน เครื่องชนิดนี้ไม่มีหน่วยใด ๆ (เป็นเพียงตัวเลขบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าเท่านั้น )

1.2.7 มีสวิทช์ที่สามารถปรับความเร็วในการเพิ่มของกระแสไฟฟ้าได้ เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ที่ตองการจะทราบผลของการตรวจประสาทฟันอย่างรวดเร็วขึ้นหรือช้าลง

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกา, หรือประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย

3.2 มีคู่มือการใช้งานการปรนนิบัติบำรุง และซ่อมบำรุง ( แปลเป็นภาษาไทย ) 2 ชุด

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแคตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. *[Signature]* ประธานกรรมการ

พ.อ. *[Signature]* กรรมการ

พ.อ. *[Signature]* กรรมการ