

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 847/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1898

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเข็มฉีดยาเคมีบำบัดที่มี Extension Tube
(Non Coring Needle With Extension Tube)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับให้ยาและสารละลายผ่านอุปกรณ์สำหรับหลอดเลือดดำ (implantable access system)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ชุดเข็มฉีดยาให้เคมีบำบัด ประกอบด้วย

1.2.1.1 เป็นเข็มฉีดยาชนิดพิเศษตัวเข็มมีความคมเป็นพิเศษ ทำจากเหล็กปลอดสนิม

1.2.1.2 มี extension tube แบบ Y-Site พร้อม clamp ใช้สำหรับให้ยาและสารละลายผ่านอุปกรณ์ฝังติดกาย (access port)

1.2.2 ที่ปลายเข็มงอและตัดเฉียงซึ่งภายในเข็มไม่มีแกนนำ (non coring) ช่วยป้องกันการทำลายซิลิโคน (Silicone) ของอุปกรณ์สำหรับหลอดเลือดดำ (Implantable Access System) ช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

1.2.3 เป็นเข็มที่ไม่เคลือบซิลิโคน (non siliconized) ช่วยให้เข็มยึดติดกับพอร์ตไม่เลื่อนหลุดง่าย

1.2.4 ตัวเข็มมีขนาดต่างๆจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเข็มที่มีลักษณะปลายตัดเฉียงที่มีความคมพิเศษและมีสาย extension tube แบบ Y-Site พร้อม clamp ซึ่งต่อเข้าได้กับ syringe หรืออุปกรณ์การให้ยาและสารละลายที่ผ่านอุปกรณ์ฝังติดกาย (access port)

1.3.2 บรรจุในห่อที่ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันรับส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/604 ลง 4 ก.ย.49

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง กนกพร ประกอบกิจ
(กนกพร ประกอบกิจ)

หน.พยาบาลหน่วยมะเร็งวิทยา กอช.รพ.ร.6/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้