

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 120/47(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-5095

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเย็บแผล
(Steel Wire Suture)

หน่วยนับ ของ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เย็บกระดูก sternum ในการผ่าตัดทางศัลยกรรมทรวงอก หรือ ศัลยกรรมกระดูก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วย stainless steel ชนิดเส้นเดี่ยว monofilament ไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของร่างกาย

1.2.2 ไม่ละลาย (non-absorbable)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นลวดใช้เย็บกระดูก

1.3.2 ขนาดของเส้น ความยาว หรือขนาดของเข็ม ผู้ใช้สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.คงมัน)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์)

..... 2 / ก.พ. / 47

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/... 94 ลง 3 ก.พ. 47