

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 219/49(พบ.)

หมายเลขถึงอุปกรณ์ 6515-XX-247-1271

ชื่อถึงอุปกรณ์ ภาชนะรองรับปัสสาวะระบบปิด (Disposable Close System Urine Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับรองรับปัสสาวะของผู้ป่วยเพื่อวัดปริมาณน้ำปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นภาชนะรองรับปัสสาวะระบบปิด (Close System) ไม่เกิดการรั่วซึมน้ำปัสสาวะไม่ไหลย้อนกลับไปตามสาย

1.2.2 สายสวนปัสสาวะ (Foley Catheter) ต่อกับสายนำปัสสาวะทำจากพลาสติกใส นิ่ม อ่อนตัวได้ มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. และต่อลงสู่กระเปาะวัดปริมาตร

1.2.3 มี Sample Port สำหรับใส่ตัวอย่างปัสสาวะอยู่ด้านบนของตัวสายและมีที่ปิด (Clamp) สำหรับหยุดการไหลของปัสสาวะเมื่อได้ปริมาตรของตัวอย่างปัสสาวะที่ต้องการ

1.2.4 กระเปาะวัดปริมาตร (Pouch) ทำจากพลาสติกใส มีความเหนียวและแข็งแรง ไม่แตกง่าย มีขีดและตัวเลขบอกปริมาตรด้านในมีตัวกรองเชื้อแบคทีเรียและละอองฝอย (Bacteria Filter) ที่ช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

1.2.5 ด้านล่างมีถุงรองรับน้ำปัสสาวะ (Bag) สำหรับถ่ายเทปัสสาวะ โดยมี Drainage Valve สำหรับปิด-เปิด เมื่อต้องการถ่ายเทปัสสาวะลงถุง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 กระเปาะวัดปริมาตร (Pouch) มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 ซีซี

1.3.3 ถุงรองรับน้ำปัสสาวะ (Bag) มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,500 ซีซี

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์
(สมหมาย สัมมาจันทร์)

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48