

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 486/54 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 63 - S - 3895

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเก็บเนื้อเยื่อในโพรงมดลูก  
( Endometrial Biopsy Set )

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับชุดหรือดูดชิ้นเนื้อหรือของเหลวในโพรงมดลูก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 อุปกรณ์สำหรับดูด เป็นกระบอกฉีดยาชนิดมีสปริงล็อก

1.2.2 ท่อ Cannula ทำจาก PVC

1.2.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 กระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซี

1.3.2 ท่อ Cannula มีลักษณะกลวง ปลายท่อบมน และใกล้ปลายท่มีรอยบากคม (Sharp Slot) สำหรับชุดหรือดูด

1.3.3 ท่อมีขีด (Marking) บอกระยะได้ชัดเจน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( ปุญชทร ทิพยวงศ์ )

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.อ.หญิง..........นปก.ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( สิริวรรณ สมจินตนา )

10 ส.ค. 2563

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเก็บเนื้อเยื่อในโพรงมดลูก  
( Endometrial Biopsy Set )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....  
( สุพิชัย เจริญวารีกุล )

พ.อ.....  
( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.....  
( ปราโมทย์ จันทมิพ )

21 ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/..... 1295 ลง..... 10 ก.ย. 63