

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 276/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1328

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อนำนำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจเข้าทาง Coronary artery โดยตรง
(Artery ostial cardioplegia cannula)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นท่อสำหรับให้สารละลายหยุดหัวใจและรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegic solution) เข้าตรงปากทางออกของ Coronary artery โดยตรงขณะผ่าตัดหัวใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวท่อทำจาก Stainless steel แบบดัดงอได้

1.2.2 ปลายท่อเป็นยางนิ่ม ระบุเปิดเป็นลักษณะตะกร้อมีปีกกางออกด้านข้าง (Basket tip)

1.2.3 ปลายท่ออีกด้านหนึ่งเป็น Female luer connection

1.2.4 ท่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.5 มีมุมที่ปลายท่อให้เลือก 2 ขนาด คือ 45° C และ 90° C โดยจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อโลหะดัดงอได้ที่ปลายท่อเป็นยางนิ่มสำหรับสอดเข้าทางปากทางออกของ Coronary artery โดยตรงอีกปลายหนึ่งสำหรับต่อเข้ากับสายนำสารละลาย

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ชีรฉัตร ศีลารัตน์
(ชีรฉัตร ศีลารัตน์)

ศัลยแพทย์ ร.พ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้