

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 319/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2095

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายข้อต่อนำน้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดแยก 2 ทาง  
(Y-Type Venting Adaptors)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นสายข้อต่อสำหรับท่อนำสารละลายหยุดหัวใจและรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจขณะผ่าตัดหัวใจ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสายข้อต่อที่ผลิตจากสายพลาสติกพีวีซีทรงกลมใสหรือวัสดุที่ดีกว่าซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัว Y

1.2.2 ปลายด้านหนึ่งของสายข้อต่อด้านหลัก (single leg) เป็น male luer

1.2.3 อีกด้านหนึ่งของสายข้อต่อด้านหลัก แยกออกเป็นสาย 2 เส้น แต่ละเส้นมีตัวล็อกแยกกัน 2 ตัว เส้นหนึ่งมีปลายเป็น female luer อีกเส้นหนึ่งมีปลายเป็น slip connector ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  $\frac{1}{4}$  นิ้ว

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายข้อต่อนำน้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดแยก 2 ทาง ทำจากพลาสติกพีวีซีทรงกลมใสหรือวัสดุที่ดีกว่า มีลักษณะเป็นสายกลมยาวรูปตัว y

1.3.2 เป็นข้อต่อสายพลาสติก 1 เส้นหลัก แล้วแยกออกเป็นสายอีก 2 เส้น โดยปลายของเส้นหลักเป็น male luer ปลายของอีก 2 เส้น เป็น female luer และ slip connector ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  $\frac{1}{4}$  นิ้ว ตามลำดับ

1.3.3 บรรจุ 1 ชิ้นต่อหนึ่งซองปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ธีรฉัตร ศิลารัตน์  
(ธีรฉัตร ศิลารัตน์)

ศัลยแพทย์ กศก.รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 เม.ย.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/308 ลง 27 เม.ย.50