

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 272/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1324

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ดูดเลือดออกจากเยื่อหุ้มหัวใจขณะผ่าตัดชนิด Sump
(Pericardial sump)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับใส่บริเวณระหว่างหัวใจกับเยื่อหุ้มหัวใจ เพื่อระบายเลือดออก
ระหว่างผ่าตัดหัวใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นท่อพลาสติกใส บริเวณปลายสายด้านหนึ่งมีรูระบายและหุ้มด้วยสปริงทำมาจาก Stainless steel
และมีลูกตุ้มสำหรับถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ปลายสายนั้น

1.2.2 ปลายอีกด้านหนึ่งสามารถต่อกับสายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง $\frac{1}{4}$ นิ้ว สำหรับดูดเพื่อระบายของ
เหลวหรือเลือด ซึ่งมีความยาว 15 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายพลาสติกใส มีรูระบายหุ้มด้วยสปริงโลหะและมีลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักที่ปลายสาย

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 ขนาดบรรจุ 1 เส้น ต่อ 1 ชิ้น และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ชีรฉัตร ศีลารัตน์
(ชีรฉัตร ศีลารัตน์)

ศัลยแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1024 ลง 14 พ.ย.48

10 พ.ย.2548