

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 361/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2137

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ  
(Quick-Combo Electrodes)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับทำ defibrillation , noninvasive pacing และ ECG monitoring

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นที่ผลิตจากวัสดุทางการแพทย์ที่เมื่อติดผิวหนังแล้วไม่มีอาการแพ้ เป็น electrodes สำเร็จรูป มี gel ในตัว

1.2.2 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย แผ่น electrodes 2 แผ่น ใช้ติดบริเวณ sternum และ apex

1.2.3 ที่ตัวแผ่นมีสายต่อจากแต่ละแผ่นเข้ามารวมอยู่ที่ปลั๊กเสียบต่อ ใช้ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมีสายต่อออกมาจากแผ่นแต่ละสายมี 2 แผ่นมารวมกันที่ปลั๊กเสียบต่อกับเครื่องใช้ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือก จะระบุในการจัดหาในแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุ 1 ชุดต่อ 1 ซองปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีสติกเกอร์ชื่อผู้ผลิตและวัน เดือน ปีที่หมดอายุ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ท.นครินทร์ ศันสนยุทธ อายุรแพทย์โรคหัวใจกอย. รพ.ร.ร.6/  
( นครินทร์ ศันสนยุทธ ) กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/592 ลง 9 ส.ค.50

6 ส.ค.2550