

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 169/64 (ทบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 64 - S - 0069

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อกาวน์พลาสติกกันน้ำ ชนิดมีแขน
(Isolation Gown)

หน่วยนับ ชุด, แพ็ค

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สวมคลุมร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจาก Chlorinated Polyethylene (CPE) หรือ Polyethylene (PE) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ที่มีความเหนียว น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี สามารถป้องกันเลือด สารคัดหลั่ง และน้ำซึมน้ำ โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 แกรม

1.2.2 ตัวเสื้อมีความกว้างรอบตัวไม่น้อยกว่า 87 ซม. และมีความยาวไม่น้อยกว่า 112 ซม.

1.2.3 มีสายรัดเอวอยู่บริเวณด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ปล่อยปลายสายสำหรับผูกด้านหน้า มีความยาวข้างละไม่น้อยกว่า 73 ซม.

1.2.4 สามารถสวมเสื้อกาวน์เข้าทางศีรษะได้ โดยคอเสื้อมีความกว้างไม่น้อยกว่า 23 ซม. บริเวณบ่าหรือคอด้านหลังมีรอยบาก เพื่อให้สามารถกระตุกเสื้อให้อีกขาดได้ เพื่อลดการปนเปื้อนหลังการใช้งาน

1.2.5 ปลายแขนมีช่องสำหรับสวมนิ้วหัวแม่มือ เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของปลายแขน และสามารถสวมถุงมือทับได้ เพื่อป้องกันน้ำเข้าขณะทำหัตถการ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเสื้อกาวน์พลาสติกกันน้ำ ชนิดแขนยาว ด้านหน้าปิดคลุมเข้า ด้านหลังมีช่องเปิด ปลายแขนมีช่องสำหรับสวมนิ้วหัวแม่มือเข้าไปได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 จำนวน และขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

1. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ตรวจถูกต้อง

ร.ท. ๑๑๐๗

(๑๑๐๗ ๑๑๑๗)

นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กกภ.รพ.ค่ายสุรนารี

๒๘ / ๑ / ๖๕

/คณะกรรมการ..


พ.อ.

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔


เสื้อกาวน์พลาสติกกันน้ำ ชนิดมีแขน

(Isolation Gown)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ.....  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุญชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.....  รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(ธาตรี บุญเจือ)

พ.ท.หญิง.....  พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(กัญญา ผณินทร)

22 เม.ย. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ.....  รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ


(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.....  ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง.....  นปก.ประจำ พบ./

(สิริวรรณ สมจินตนา) กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.หญิง.....  ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/

(อรอนงค์ แสนเจริญ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง.....  พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(กัญญา ผณินทร)

27 เม.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีมติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ที่ขอหนังสือ กวท.พบ.
ที่ ทพ 0446.13/ 524 ลง 29 เม.ย. 64

ตรวจถูกต้อง

ร.ท. 


นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กกท.รพ.ค่ายสุรนารี
28 / 3-9 / 68.