

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 222/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-5078

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผันหัวใจเทียมอย่างบาง
(Cardiovascular Polyester Fabric)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ซ่อมแซมผนังหลอดเลือดและหัวใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค มีโครงสร้างเป็นเส้นใย ผลิตจากสาร PTFE (polytetrafluoroethylene)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผันหัวใจเทียมอย่างบาง

1.3.2 มีความหนา และกว้างยาวหลายขนาด ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. **ข้อกำหนดอื่นๆ** มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงวรรณดี ลือสุทธิวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณดี ลือสุทธิวิบูลย์)

.....21...../.....ก.ค...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/505 ลง 21 ก.ค.46