

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 369/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1421

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดย้ายฝากถ่ายกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่า
(Osteo Autograft Transfer System Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ผ่าตัดย้ายฝากถ่ายกระดูกอ่อนบริเวณข้อ โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ ช่วยไม่ให้ต้องเปิดแผลใหญ่

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ผลิตจากวัสดุปลอดสนิมหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ชุดอุปกรณ์การผ่าตัดย้ายฝากถ่ายกระดูกอ่อนบริเวณข้อ 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1.1 ตัวส่งใช้ตอกเพื่อเก็บเนื้อกระดูกสำหรับตำแหน่งที่ปลูกถ่ายกระดูก 1 อัน

1.3.1.2 ตัวส่งใช้ตอกเพื่อเก็บเนื้อกระดูกสำหรับตำแหน่งที่ปลูกกระดูก 1 อัน

1.3.1.3 แท่งสำหรับวัดขนาดพร้อมจีบอบระดับความลึก 1 อัน

1.3.1.4 แท่งสำหรับตอกเนื้อกระดูกให้เรียบ 1 อัน

1.3.1.5 ปลอกนำส่งกระดูก 1 อัน

1.3.1.6 แกนเหล็กนำแบบมีเกลียวหมุนสำหรับดันเนื้อกระดูก 1 อัน

1.3.1.7 แกนเหล็กนำสำหรับตอกดันเนื้อกระดูก 1 อัน

1.3.2 ขนาดและจำนวน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง พัชรินทร์ รตเวสสนันท์

หน.ห้องผ่าตัด มวก./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(พัชรินทร์ รตเวสสนันท์)