

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 112/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2627

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ
(Wafer for Sterile Tubing Welder)

หน่วยนับ ไบ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นไบมีดใช้กับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ terumo sterile tubing welder (TSCD) เพื่อการเชื่อมต่อสายโลหิต

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ไบมีดทำด้วยโลหะชนิดทองแดง ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 320 องศาเซลเซียส

1.2.2 ไบมีดมีขนาด กว้างxยาวxหนา ตั้งแต่ 12.7x34.3x0.33 มิลลิเมตร จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.3 ด้านในไบมีดเป็นแผ่นเงิน โดยมีความต้านทานไฟฟ้า 9.5 โอห์ม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นไบมีดที่ทำจากโลหะทองแดงที่ทนความร้อนได้สูง ใช้กับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อเพื่อการเชื่อมต่อสายโลหิต

1.3.2 เป็นไบมีดที่บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วพร้อมใช้งาน

1.3.3 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ไบมีดมีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาลีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย
(จิตติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.ทรงศักดิ์ ศรีจินดา
(ทรงศักดิ์ ศรีจินดา)

หน.ผชล.กพช.รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1266 ลง 10 ต.ค.51

3 ต.ค.2551