

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 606/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-XX-247-1250

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ขยายคลองรากฟัน ( K Flex Files )

หน่วยนับ อัน/กล่อง

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ขยายคลองรากฟันในงานรักษารากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ส่วนใช้งานทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แบ่งเป็นส่วนด้ามสำหรับนิ้วจับและส่วนที่ใช้งาน

1.3.2 ส่วนด้ามสำหรับนิ้วจับมีสีและตัวเลขบอกขนาดกำกับอยู่

1.3.3 ส่วนที่ใช้ทำงานในคลองรากฟันมีลักษณะเป็นเกลียวมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีขนาดและความยาวให้เลือกในการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 จำนวน ขนาด และความยาวจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง ตามความต้องการของทางราชการ

3.3 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ และวันผลิตของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./ กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ชลศักดิ์ เจียสกุล

(ชลศักดิ์ เจียสกุล)

รอง ผอ.กทพ.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/932 ลง 10 ต.ค.48

6 ต.ค.2548