

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 146/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4984

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ
(Cleaning solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ทำความสะอาดโพรบของเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้อยู่

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ประกอบด้วย 1% Sodiumhypochlorite

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นน้ำยาใช้ทำความสะอาดเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ

1.3.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีสลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่ หมคอายุ

3.2 มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

(สาคร คงมั่น)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้วบรร

(อุไรวรรณ แก้วบรร)

หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพธ.รพ.ร.ร.6/

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

.....8...../.....เม.ย...../....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/269 ลง 17 เม.ย.46