

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 776/92

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดชุดของเหลวจากระบบทางเดินอาหารใช้กับระบบเซ็นทรัล ไปป์ไลน์
หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.1 ลักษณะทั่วไป
 - 1.1.1 เป็นชุดควบคุมแรงดูดและใช้กับระบบเซ็นทรัล ไปป์ไลน์
 - 1.1.2 ใช้ชุดของเหลวจากระบบทางเดินอาหาร
 - 1.2 ลักษณะเฉพาะ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย และมีลักษณะ ดังนี้
 - 1.2.1 เครื่องปรับและควบคุมแรงดูด (Vacuum Regulator) จำนวน 1 เครื่อง
 - 1.2.1.1 มีสวิทช์ปิด-เปิด การดูด
 - 1.2.1.2 มีปุ่มสำหรับปรับแรงดูดได้อย่างละเอียดอยู่ด้านหน้า ปรับแรงดูดได้ 0-200 มม.ปรอท
 - 1.2.1.3 มีปุ่มล๊อคแรงดูดที่ปรับไว้
 - 1.2.1.4 มีหัวเสียบชนิดที่ใช้กับเข้าที่เลขของโรงพยาบาลได้
 - 1.2.2 หน้าปัทม์ชนิดกลมเพื่อแสดงแรงดูด จำนวน 1 อัน
มีหน้าปัทม์ชนิดกลมแสดงแรงดูด ตั้งแต่ 0-200 มม.ปรอท
 - 1.2.3 ชุดขวดรองรับของเหลวขนาด 3000 มล.
 - 1.2.3.1 ขวดรองรับของเหลวทำด้วยพลาสติกแข็งใส สามารถชิงฆ่าเชื้อโรคได้
 - 1.2.3.2 ในขวดมีที่ปิดการดูดแบบ เข็มพิเศษปิดแรงดูดโดยอัตโนมัติเมื่อขวดเต็ม
 - 1.2.4 เครื่อง Drainage Interrupter
เป็นชุดควบคุมการดูดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และวาล์วพิเศษที่สามารถปรับให้แรงดึงดูดอยู่ในช่วง 40-110 มม.ปรอท
 - 1.2.5 สายดูดซึ่งต่อจากขวดรองรับของเหลวยาว 5 เมตร จำนวน 1 เส้น
2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคง, แข็งแรง
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา, ประเทศในยุโรป หรือประเทศไทย
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, รูปแบบแค็ตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พน.

วอ 62

ร.อ. อภิสิทธิ์ มานะ

ร.อ. สวัสดิ์ วัฒนวิทย์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ