

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาวร สาย พ. ที่ 109/65 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 65 - S - 0009

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

หน่วยนับ คัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินและตมยาสลบในห้องผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 รถเข็นทำด้วยพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และ PE (Polyethylene) ฉีดขึ้นรูป หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 ตัวรถเข็นมีส่วนประกอบของโลหะปลอดสนิม พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.3 ตัวรถเข็นมีขนาดไม่น้อยกว่า 850 x 520 x 950 มิลลิเมตร

1.2.4 มีลิ้นชักพร้อมที่ล็อกกุญแจ เปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ลิ้นชัก ดังนี้

1.2.4.1 ลิ้นชักใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก

1.2.4.2 ลิ้นชักกลาง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก

1.2.4.3 ลิ้นชักเล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก

1.2.5 รางลิ้นชักแต่ละชั้นทำจากโลหะ หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ด้านในถาดลิ้นชักทำจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) สามารถปรับเปลี่ยนขนาดช่องใส่ของได้ตามความต้องการ

1.2.6 มีล้อขนาดไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร จำนวน 4 ล้อ แต่ละล้อหมุนได้รอบตัว โดยสามารถล็อกล้อได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้อ

1.2.7 ด้านบนมีพื้นที่สำหรับวางของมีขอบกันตก ทำจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

1.2.8 มีช่องเสริมอยู่ด้านบนสุดสำหรับใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แถว แต่ละแถวมีช่องไม่น้อยกว่า 5 ช่อง

1.2.9 ด้านข้างส่วนบนของตัวรถเข็นมีชั้นวางของที่สามารถเลื่อนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

1.2.10 มีภาชนะสำหรับทิ้งเข็มฉีดยา และถังขยะ อยู่ด้านข้างตัวรถ

1.2.11 มีช่องสำหรับเก็บเอกสาร หรือประวัติผู้ป่วย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นรถเข็นใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบฉุกเฉิน ชนิดมีล้อ 4 ล้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ ...

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ.หญิง กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.หญิง กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.หญิง กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

- 6 ร.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีเอกสารแนะนำการใช้งาน
- 3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ
- 3.4 ผลิตภายใต้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO หรืออื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺขทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ชาทรี บุญเจือ)

พ.ต.หญิง  วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วรรณวิภา มาลัยทอง)

- 6 มี.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ.  รอง ผอ.สวค.ทบ./ประธานกรรมการ

(พิสิทธิ์ สัมมาหัต)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกจิณ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง  นปก.ประจำ ทบ./


(สิริวรรณ สมจินตนา)

กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.หญิง  ประจำ ทบ. ขรก.รพ.ร.6/

(อรอนงค์ แสนเจริญ)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.หญิง  วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วรรณวิภา มาลัยทอง)

25 มี.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อาจมีให้ใช้
ตามอนุพัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กทบ 0446.13/131... คท. 28 มี.ค. 65