

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 062/57 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3942

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาของเหลวสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก แบบใช้ครั้งเดียว  
( Disposable Needle for Cataract Surgery )

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ฉีดของเหลวเข้าภายในถุงหุ้มเลนส์ตา สำหรับผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดต้อกระจก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 ปลายเป็นรูแบบให้เลือกใช้อย่างน้อย 2 รูปแบบ คือแบบ Round และแบบ Cutting

1.2.3 ตัวเข็มมีลักษณะโค้งงอทำมุมต่างๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และขนาดความยาวให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

1.2.4 ส่วนหัวเข็มทำจากวัสดุชนิด Latex Free สามารถสวมได้พอดีกับ Syringe

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเข็มฉีดยาใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก แบบใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท และหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 รูปแบบ และขนาดของตัวเข็ม จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. .... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ. .... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.ท.หญิง ..... จักษุแพทย์ รพ.ร.ร.6

( วิวรรณ คັນสนยุทธ์ )

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

18 ต.ค. 2556

