

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 581/48(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1226

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Urine Sediment Preservative Reagent)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้รักษาสภาพตะกอนปัสสาวะและใช้ควบคุมการไหลของตะกอนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจนับปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่เป็นกลาง (isotonic solution) มีสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา

1.2.2 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นน้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะโดยอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง สายจิตต์ วงศ์ใหญ่

ประจำ พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สายจิตต์ วงศ์ใหญ่)

29 ส.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/781 ลง 30 ส.ค.48