

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 376/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2891

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง
(External Ventricular Drainage Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดสำหรับใช้ระบายน้ำหล่อสมองหรืออื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับชุดวัดความดันในสมอง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

โครงสร้างทำด้วยพลาสติกทางการแพทย์ (Medical Grade) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นชุดสำเร็จรูป ซึ่งมีส่วนประกอบอย่างน้อยดังนี้

1.3.1 แผ่นปรับระดับความดันที่มีมาตรวัดความดันเป็นเซนติเมตรน้ำและมิลลิเมตรปรอท

1.3.2 Three Way Connector สำหรับต่อแผ่นปรับระดับความดันกับสาย Drain

1.3.3 สาย Drain มีความยืดหยุ่น เรียบ ไม่หักงอง่าย มีความยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม.

1.3.4 ที่ปลายสาย Drain มีข้อต่อ Luer Slip สำหรับต่อกับ Catheter ที่มาจากผู้ป่วย และตัวสายจะมี Y-Site สำหรับดูดเก็บของเหลวไปทำการตรวจ

1.3.5 มีกระบอกตรวจวัดขนาดความจุ 100 มล. พร้อม Air Vent เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอากาศ

1.3.6 มีถังขนาดความจุ 1200 มล. เพื่อรองรับของเหลวที่ปล่อยมาจากกระบอกตรวจวัด

1.3.7 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแฉีตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช
(ชัชวาล บุรณรัช)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง อรอนงค์ แสนเจริญ
(อรอนงค์ แสนเจริญ)

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

6 ต.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/817 ลง 6 ต.ค.52