

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 052/46 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-4925

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ มาตรฐานพลาสติก (Plastic Calibrated Loop)

หน่วยนับ อัน , ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับถ่ายสิ่งส่งตรวจที่เป็นของเหลว เช่น ปัสสาวะ ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อให้ได้ปริมาตรที่กำหนด เพื่อกำหนดหาปริมาณเชื้อ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นมาตรฐานแบบใช้ครั้งเดียวทำด้วยพลาสติก

1.3.2 บรรจุห่อและทำให้ปราศจากเชื้อโดยการฉายรังสี

1.3.3 มีขนาดปริมาตร 1 ไมโครลิตรและ 10 ไมโครลิตร

1.3.4 ขนาดของรูปและขนาดบรรจุต่อห่อ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่างและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.สมพงศ์ ศรีวัชรกร

หน.ผจท.กพค.สพช.ศพม./กรรมการ

(สมพงศ์ ศรีวัชรกร)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/673 ลง 18 พ.ย.45

.....18...../....พ.ย...../.....45.....