

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 205/63 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 0105

ชื่อสิ่งอุปกรณ์      ท่อต่อเชื่อมต่อช่วยหายใจ แบบปลายข้องอ ชนิดใช้ครั้งเดียว  
( Catheter Mount Double Swivel Elbow, Disposable )

หน่วยนับ      อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจขณะดมยาสลบ หรือขณะช่วยหายใจ  
ให้กับผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า มีความยาวไม่น้อยกว่า  
15 ซม.

1.2.2 มีข้อต่อตัวงอ แบบ Double Swivel Elbow สำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ และมีรูเปิด - ปิดได้  
สำหรับดูดของเหลว

1.2.3 ปลายท่อทั้งสองด้าน มีขนาด 22M/15F - 22F/15M หรือดีกว่า ที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นท่อต่อมีลักษณะตรง ผิวเป็นลอนคลื่น ภายในผิวเรียบ ปลายท่อด้าน  
หนึ่งมีข้องอ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.  - 1 ก.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ แบบปลายข้องอ ชนิดใช้ครั้งเดียว  
( Catheter Mount Double Swivel Elbow, Disposable )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( ปุณฺชทร ทิพยวงษ์ )

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.ท.....วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( กฤษณะ นองเนื่อง )

- 1 ก.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

( สุพิชัย เจริญวารีกุล )

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

( ปราโมทย์ จันทนิพ )

13 ก.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1060 ลง 21 ก.ค. 63