

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 472/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1524

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายท่อนำอากาศเข้าสู่ปอด
(Tracheostomy Tube)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นท่อนำอากาศเข้าสู่ปอดสำหรับช่วยในการหายใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ตัวท่อ (Tube) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) หรือ
ทำด้วยเงิน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นโลหะกลวง (Thin wall) ประกอบด้วย 2 ส่วนของหลอดคอตัวนอกและตัวใน ซึ่งตัวใน
สามารถถอดออก ทำความสะอาดได้

1.3.2 มีก้านลวด ปลายด้านหนึ่งมีตุ่มสำหรับเป็นตัวนำในการใส่ท่อ และปลายด้านหนึ่งเป็นตัวจับ

1.3.3 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3.4 ขนาดหรือเบอร์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. **ข้อกำหนดอื่นๆ** เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

พ.ท.หญิง.....หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาจันทร์)

9 ม.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/18 ลง 11 มิ.ค. 49