

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 131/37

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	-
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	เครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัติ (Auto kerato-refractometer)
หน่วยนับ	ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

- 1.1.1 เป็นเครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งของกระจกตา ในเครื่องเดียวกัน ด้วยระบบอัตโนมัติ มีจอภาพพร้อมเครื่องพิมพ์ข้อมูลในตัวเครื่อง
- 1.1.2 มีโต๊ะวางเครื่องชนิดปรับความสูงของพื้นโต๊ะด้วยระบบไฟฟ้า
- 1.1.3 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.2 ลักษณะเฉพาะ มีคุณลักษณะดังนี้

- 1.2.1 เครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง
  - 1.2.1.1 การวัดสายตา
    - วัดค่า sphere ได้ในช่วง -18.0 D ถึง +22.0 D หรือกว้างกว่า
    - วัดค่า Cylinder ได้ในช่วง 0 ถึง  $\pm 7.0$  D หรือกว้างกว่า
    - วัดค่า Axis ได้ในช่วง 0 ถึง 180 องศา
  - 1.2.1.2 การวัดความโค้งของกระจกตา
    - วัดค่า Radius curvature ได้ในช่วง 5.0 ถึง 10.0 มม.
    - วัดค่า Refractive power ได้ในช่วง 33.75 ถึง 67.5 D
    - วัดค่า Cylinder ได้ในช่วง 0 ถึง  $\pm 7.0$  D หรือกว้างกว่า
- 1.2.2 โต๊ะวางเครื่องจำนวน 1 ตัว
  - พื้นโต๊ะปรับระดับความสูงด้วยระบบไฟฟ้า ขาโต๊ะมีลูกล้อ สามารถล็อกให้ยึดอยู่กับที่ได้

- 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. กอบโชค พัววิไล	ประธานกรรมการ
( กอบโชค พัววิไล )	
(ลงชื่อ) พ.อ. ธวัช สวัสดิภาพ	กรรมการ
( ธวัช สวัสดิภาพ )	
(ลงชื่อ) พ.อ. สุรเดช เวชภูติ	กรรมการ
( สุรเดช เวชภูติ )	