

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 190/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - S - 0141

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันโลหิตให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Pressure Transducer Set)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันโลหิตให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า สำหรับวัดแรงดันโลหิตในหัวใจ, ในเส้นเลือดไปปอด และแรงดันโลหิตในหลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ส่วนแปลงสัญญาณ (Transducer) มีลักษณะโปร่งใส พร้อมสายนำสัญญาณที่จะเชื่อมไปยังมอนิเตอร์ โดยแสดงผลเป็นรูปคลื่นอ่านค่าเป็นตัวเลขได้
- 1.2.2 ด้านหนึ่งมีข้อต่อที่มีก๊อกปิด 3 ทาง (Stopcock)
- 1.2.3 อีกด้านหนึ่งมีข้อต่อ Luer พร้อมที่อุดหรือปล่อยให้ของเหลวไหลผ่าน (Flush Device)
- 1.2.4 สามารถทำ Zero-balancing โดยไม่ต้องปลดตัวปิดออก เพื่อลดการติดเชื่อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ประกอบด้วย ส่วนแปลงสัญญาณ, สายนำสัญญาณ, ข้อต่อที่มีก๊อกปิด 3 ทาง และข้อต่อ Luer ที่มีที่อุดหรือปล่อยให้ของเหลวไหลผ่านได้
- 1.3.2 บรรจุ 1 ชิ้นต่อ 1 ห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ
- 3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหรือมีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก


/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันโลหิตให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Pressure Transducer Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ..........ศัลยแพทย์ รพ.ร.6/
(ธีรฉัตร ศิลารัตน์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

24 ก.ค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ใช้บังคับให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ อวท.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 897 ลง 25-ก.ค.-60