

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 162/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3845

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับตัดกระจกตาของผู้ป่วย
(Radial Vacuum Trephine)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดกระจกตาของผู้ป่วย ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ประกอบด้วย

1.2.1 ใบมีดแบบทรงกลมสำหรับตัดกระจกตา

1.2.2 กระบอกฉีดยาแบบมี Spring เคลื่อนที่กระบอกสูบ ใช้สำหรับทำให้เป็นระบบสุญญากาศ

1.2.3 ปากกาสำหรับกำหนดจุดในการเย็บกระจกตา

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดกระจกตาของผู้ป่วยแบบมีระบบสุญญากาศ

มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท และหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดของอุปกรณ์ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งของ

3.3 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ร.อ.หญิง..... จักษุแพทย์ รพ.ร.ร.6

(นริศรา กล้าณรงค์ราญ) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

15 พค 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง 27 พ.ค. 56